

花保小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月5日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	西側正門 雨水枡	0.10	0.14	0.15	
2	陶芸小屋雨樋下	0.09	0.12	0.25	
3	給食食材搬入門 雨水枡	0.10	0.09	0.07	
4	駐輪場北雨樋下	0.08	0.09	0.16	
5	駐輪場南雨樋下	0.10	0.11	0.19	
6	外周南雨水枡	0.11	0.14	0.24	
7	校庭中央	0.07	0.07	0.08	
8	砂場	0.08	0.08	0.09	
9	学校菜園	0.08	0.09	0.12	
10	体育館南東 排水溝	0.13	0.19	0.25	
11	体育館北東 雨水枡	0.13	0.16	0.30	
12	プール倉庫東 盛土	0.40	0.71	1.24	50cmは3回測定平均値
13	プール北盛土	0.30	0.44	0.72	50cmは3回測定平均値
14	北門雨水枡	0.08	0.08	0.08	
15	北側倉庫裏 日さし下	0.08	0.10	0.15	
16	外周北側溝	0.08	0.09	0.12	
17	内周南東 雨水枡	0.08	0.09	0.09	
18	体育館入口 雨水枡	0.08	0.09	0.09	
19	体育館入口 雨樋下	0.10	0.11	0.18	
20	体育館北西 雨水枡	0.10	0.12	0.12	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	プールシャワー室 排水口	0.06	0.07	0.08	
22	内周北雨水枡	0.09	0.11	0.10	
23	体育館入口 雨樋下	0.14	0.20	0.31	
24	北西倉庫裏 日さし下	0.08	0.10	0.17	
25	1階1-1教室	0.06	0.05	0.05	
26	3階ランチルーム	0.06	0.07	0.07	
27	屋上階段室 雨樋下	0.10	0.11	0.18	
28	屋上西排水口	0.09	0.16	0.69	
29	屋上南排水口	0.09	0.16	0.75	
30	屋上南東排水口	0.11	0.25	0.70	50cmは3回測定平均値
31	体育館東雨樋下	0.08	0.11	0.52	
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	花保小学校	調査番号	(経緯府県)	(市町村)	(学校)	整理番号
					113	11211	110517	0261-	

- 凡例
- 建物
- 未とりこわし建物
 - 危険建物
 - 借建物
 - 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- 自転車置場
 - 倉庫
 - 吹き抜けの渡廊下
 - 温室
 - 相撲場
 - 柵
 - フェンス塀
 - パイプ塀
 - ブロック塀
 - 万年塀
 - 鉄棒
 - 花だん
 - 雲梯
 - ジャングルジム

